

Reagenskészlet az Immunoglobulin G (IgG) turbidimetriás meghatározásához immunoassay segítségével a human szérumban.

A meghatározás elve

Az antigén/antitest reakció mérése turbidimetriás végpontos eljárással.

A referencia-értéktartomány

Szérum: **800- 1600 mg/dl (8-16 g/l)**

Minden laboratóriumnak ajánlott a saját normálérték-tartományát meghatározni.

Reagens

1. Reagens (R1)

puffer
 nátrium-azid (0,50 g/l)

2. Reagens (R2)

antiszérum
 nátrium-azid (0,50 g/l)

Figyelmeztetés

Zavaros reagens felhasználása tilos. A szennyezések elkerülésére csak tiszta laboratóriumi eszközöket szabad használni.

A reagensek nátrium-azidot tartalmaznak. Az azid-vegyületek keletkezésének elkerülése érdekében, a reagens kiöntése után a lefolyót vízzel öblítsük ki.

Minta

Lehetőleg friss szérumot használjon. A szérum 2°C-8° C-on legfeljebb 48 óráig tárolható. Hosszabb ideig tartó tároláshoz a mintákat le kell fagyasztani

Reagens stabilitása

Fénytől védve és 2-8 °C-on tárolva

felbontás nélkül:

a címkén jelzett időpontig

felbontás után:

14 nap

kalibrációs gyakoriság:

7 nap

onboard stabilitás:

7-14 nap

A stabilitások kizárólag új rendszerflakon használata esetén érvényesek!

A vizsgálat kivitelezése

A reagens felhasználásra készek.

A MÉRÉSI ELJÁRÁS

Hullámhossz: 340 nm (334-365 nm)
 Hőmérséklet: 37 °C
 Fényút: 1 cm
 Mérés mód: végpontos (növekvő)
 Vak: mintavak

Bemérés

	vak	standard	minta
1. reagens (R1)	360 µl	360 µl	360 µl
Standard	3 µl vagy	3 µl	
minta	3 µl		3 µl

Keverjük össze és 1 perc inkubáció után adjunk hozzá:

2. reagens (R2)		90 µl	90 µl
------------------------	--	-------	-------

Keverjük össze és 6 perc inkubáció után olvassuk le az abszorbanciaértéket mintavakkal szemben.

Kalibráció:

A kalibrációhoz 5 (de legalább 3) szintű kalibráló sorozat szükséges.

S1: Desztillált víz vagy fiziológiás sóoldat

S2-S6: 5 szintű kalibráló sorozat

Ajánlott új kalibrációt végezni:

- új gyártási számú készlet felbontásakor,
- ahogy ezt a laboratórium minőségügyi rendszere előírja.

Az eredmény kiszámítása

A kalibrációs görbe alapján.

Belső minőségellenőrzés

A minőségellenőrzés ajánlott minden laboratóriumnak. Két különböző szintű (egy normál és egy emelkedett) kontrollt javasolunk. A kontrollok mért értékeinek a gyártó által meghatározott tartományba kell esniük. Ha a tartományon kívül esnek az értékek, ajánlott korrigálni a méréseket.

Ajánlott kontrollok: Diagnosticum DunaCont N (Katalógusszám: Dcon-N) és DunaCont P (Katalógusszám: Dcon-P)

A REAGENS TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐI

A méréseket Olympus AU600-as és Advia 1650-es automatán végeztük (37°C).

Linearitás

A módszer 3000 mg/dl (30,00 g/l) koncentrációig lineáris.

Érzékenység

Minden laboratórium számára ajánlott meghatározni saját érzékenységi határt, mivel ezt az alkalmazott spektrofotométer érzékenysége is befolyásolja.

A becsült legkisebb kimutatható koncentráció 0,037 g/l.

Precizitás

	Reprodukálhatóság		
	Átlag konc. (g/l)	SD	CV %
1. minta	10,17	0,53	5,23
2. minta	9,05	0,63	7,01

	Ismételhetőség		
	Átlag konc. (g/l)	SD	CV %
1. minta	18,74	0,27	1,45
2. minta	11,51	0,04	0,31
3. minta	6,40	0,05	0,77

Korreláció

Összehasonlítottuk reagensünket más gyártó IgG reagensével.

A korrelációs regresszió adatai a következők:

korrelációs koeficiens: $r = 0,9947$

lineáris regresszió: $y \text{ (g/l)} = 0,995x + 0,535$

(x= más gyártó reagens, y= saját reagens).

Szelektivitás










Bilirubin 20 mg/dl-ig, triglicerid 1000mg/dl-ig, hemoglobin 1000 mg/dl-ig nem befolyásolja a mérést.

Megjegyzés

Ne használja a reagent a csomagolása címkéjén feltüntetett lejárat dátum eltelte után. A készítményeket, tesztoldatokat és reagenset csak az itt leírt teszthez szabad felhasználni.

Csak *in vitro* diagnosztikai használatra alkalmas!

A címkéken a következő szimbólumok lehetnek

 In vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz	 Gyártási szám
 Gyártó	 Kódszám
 CE-jelölés	 Tárolási irány
 Tárolási hőmérséklet	 Biológiai veszély
 Lejárat idő (év/hónap)	

Irodalom

Dati, F. et al., Lab. Med. 13, 87 (1989)

Szabó A.: Klinikai laboratóriumi vizsgálatok és paraméterek (2010) (ISBN 978-963-9879-75-1)

Verzió: 41-DL-2015-04

Felülvizsgálat dátuma: 2016-03

Reagent kit for immuno-turbidimetric determination of Immunoglobulin G (IgG) in human serum.

Principle

Measurement of antigen/antibody reaction by the endpoint method.

Reference values

Serum: 800- 1600 mg/dl

It is recommended that each laboratory should assign its own normal range.

Reagents

1. Reagent 1 (R1)

buffer
 sodium-azide (0,95 g/l)

2. Reagent 2 (R2)

antiserum
 sodium-azide (0,95 g/l)

Precaution

Discard cloudy reagent. Avoid contamination by using clean laboratory material (pipettes, plastic vials for analyzers,...).

The reagents contain sodium azide. To avoid the possible build-up of azide compounds, flush waste-pipes with water after the disposal of undiluted reagent.

Sample

Use fresh serum. The serum can be stored at 2-8 °C for 48 hours. If stored for a longer period, the sample should be frozen.

Stability

without opening: till the expiry date indicated on the label
 after opening: 14 days
 calibration frequency: 7 days
 onboard stability: 7-14 days
 Stability data are valid only when using new system bottle!

PROCEDURE

The reagents are ready for use.

Assay conditions

Wavelength: 340 nm
 Temperature: 37 °C
 Cuvette: 1 cm light path
 Read against: sample blank
 Method: endpoint (increasing)

Pipette into cuvette

	Blank	Standard	Sample
1. reagent (R1)	360 µl	360 µl	360 µl
Standard	3 µl or 3 µl	3 µl	
Sample			3 µl

Mix, wait 20 seconds then add:

2. reagent (R2)		90 µl	90 µl
------------------------	--	-------	-------

Mix and after a 4-minute incubation read the absorbance against the sample blank.

Calibration

5 level (at the least 3) standard set for calibration is necessary.

S1: Distilled water or physiological salt solution
 S2-S6: 5 level standard set

New calibration is recommended:

- after reagent lot change,
- as required following quality control procedures.

Calculation

Based on the calibration curve.

Quality control

A quality control program is recommended for all clinical laboratories. The analysis of control material in both the normal and abnormal ranges with each assay is recommended for monitoring the performance of the procedure. Each laboratory should establish corrective measures to be taken if values fall outside the limits. Recommended controls: Diagnosticum DunaCont N (Cat. No.: Dcon-N) and DunaCont P (Cat. No.: Dcon-P)

PERFORMANCES DATA

The following data were obtained using the Olympus AU600 and Advia 1650 analysers (37°C).

Linearity

The test is linear up to 3000 mg/dl (30 g/l).

Sensitivity

It is recommended that each laboratory establishes its own range of sensitivity as this is limited by the sensitivity of the spectrophotometer used.

The estimated value of limit of detection (LOD) is 3,7 mg/dl.

Precision

Sample	Reproducibility		
	Average concentration (g/l)	SD	CV %
sample I	10,17	0,53	5,23
sample II	9,05	0,63	7,01

Sample	Repeatability		
	Average concentration (g/l)	SD	CV%
sample I.	18,74	0,27	1,45
sample II.	11,51	0,04	0,31
sample III.	6,40	0,05	0,77

Correlation

Comparative studies were done to compare our reagent with another commercial IgG reagent. The results from these studies are detailed below.

Correlation coefficient: $r=0,9947$
 Linear regression: $y (g/l)= 0,995x + 0,535$
 (x= other commercial reagent, y= own reagent).

Specificity










Bilirubin 20 mg/dl, triglycerides 1000 mg/dl, hemoglobin 1000 mg/dl don't interfere with the assay up to the given levels.

NOTE

Do not use reagents after the expiry date stated on each reagent container label. Do not use products, test solutions and reagents described above for any purpose other than described herein.

For in vitro diagnostic use only.

The following symbols can be used on the labels

 In vitro diagnostic device	 Batch code
 Manufacturer	 Catalogue number
 CE-marking	 This way up
 Temperature limitations	 Biological risk
 Use by (year/month)	

Bibliography

Dati, F. et al., *Lab. Med.* **13**, 87 (1989)
 Szabó A.: *Klinikai laboratóriumi vizsgálatok és paraméterek (2010) (ISBN 978-963-9879-75-1)*

Version: 41-DL-2015-04

Date of revision: 2016-03